
Hurtigdiagnostikk av respiratorisk syncytialt virus-infeksjon

ARTIKKEL

KANESTRØM A

MYRMEL H

Sammendrag

Respiratorisk syncytialt virus (RSV) er en hyppig årsak til luftveisinfeksjoner hos barn, og infeksjonen spres lett isykehus. Rask diagnostikk er derfor viktig. Vi har undersøkt to hurtigtester som påviser RSV-antigen i nasopharynxaspirat: Directigen RSV (Becton Dickinson, MD, USA) og TestPack RSV (Abbott Laboratories, Chicago, IL, USA). Begge metodene bygger på enzymimmunoassay (EIA)-prinsippet. Resultatene ble sammenliknet med en direkteimmunfluorescens-metode. Med immunfluorescenstesten som standard fant vi en sensitivitet for Directigen og TestPack på henholdsvis 83 og 74% og en spesifisitet på henholdsvis 84 og 100%. Begge EIA-testene hadde lavere sensitivitet enn ønskelig, og Directigen gav noen inkonklusive resultater. Metodene kan vurderes anvendt ved mindre laboratorier utentilgang til fluorescensmikroskop eller som supplement til annen diagnostisk metode.

Publisert: 10. mai 1996. Tidsskr Nor Legeforen.

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2026. Lastet ned fra tidsskriftet.no 10. september 2026.